

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY A OPRAVE

Formulár: Príloha č. 8 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1. NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ Miesto (MIESTA)

Národný onkologický ústav

IČO: 00165336

Klenová 1, 833 10 Bratislava-Nové Mesto

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika

Kontaktná osoba: PhDr. Peter Hložný, MPH

Mobil: +421 905868882

Telefón: +421 552861256

Fax: +421 552861257

Email: protender@protender.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.nou.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <http://www.nou.sk>

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

Organizácia riadená verejným právom

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. d)

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti:

Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Poskytovanie pozáručného servisu lineárnych urýchľovačov v prevádzke Národného onkologického ústavu

II.1.2. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Národný onkologický ústav, a.s. musí nevyhnutne zabezpečovať prevádzku lineárnych urýchľovačov Clinac 2100 C (rok výroby 1994) a Clinac 2300 C/D (rok výroby 1994). Je potrebné prostredníctvom verejného obstarávania zabezpečiť zmluvného partnera na poskytovanie pozáručného servisu predmetných lineárnych urýchľovačov. Predmetom zákazky je zabezpečenie nasledovných služieb v rámci úkonov periodickej preventívnej kontroly: - Kontrola chybových hlásení v Event Log a počiatková kontrola výstupu - Test zálohovacieho počítačadla MU - Príprava zariadenia na kontrolu - Kontrola núdzových vypínacích tlačidiel - Kontrola funkčnosti núdzového spúšťacieho systému stola a jeho batérií - Kontrola funkčnosti prietokových snímačov chladenia - Kontrola vodného systému a vyčistenie malých filtrov - Vyčistenie všetkých vzduchových filtrov - Vyčistenie a kontrola ovládacej konzoly - Vyčistenie a kontrola stojanu - Vyčistenie a kontrola modulátora - Vyčistenie a kontrola gantry - Kontrola hadíc vodného chladenia - Ošetrovanie vodného systému / výmena vodného filtra - Výmena vody v internom systéme chladenia 1x ročne - Kontrola funkčnosti chladiacich ventilátorov - Kontrola pneumatického systému - Porovnanie parametrov vodného systému chladenia - Porovnanie parametrov B-magnetu - Porovnanie parametrov solenoidu pre klystrón - Porovnanie parametrov pre FR driver a klystrón - Overenie nastavenia spínacích bodov plynu SF6 - Overenie obvodu proti prehriatiu prístroja - Saturácia klystrónu - Kontrola hladiny oleja v pulznom transformátore - Kontrola napnutia reťaze pre pohon gantry - Kontrola spojky pohonu gantry / dotiahnutia prevodovky - Kontrola uchytenia protizávažia - Kontrola mechanizmu odčítania polohy gantry - Kontrola káblov, vodných hadíc a káblov chladenia v gantry tuneli - Kontrola všetkých pneumatických ventilov - Porovnanie parametrov na cievke B-magnetu - Overenie prúdov a napätí pre vákuové pumpy - Porovnanie napätí pre solenoid urýchľovacej štruktúry - Kontrola prepínača energií a jeho funkčnosti - Kontrola uchytenia tieniacich olovených kusov v okolí B-magnetu - Kontrola targetu a jeho funkčnosti - Kontrola karuselu filtrov - Premazanie ložiska karuselu filtrov - príležitostne - Kontrola výstražných svetiel gun-driveru a funkčnosti vysokonapäťového relé - Kontrola a vyčistenie gun-driveru - Porovnanie parametrov gun-driveru - Kontrola vysokonapäťového relé v modulátore a jeho funkčnosti - Porovnanie parametrov modulátora - Test interloku HVOC - Test interloku MOD - Test funkčnosti elektrónových aplikátorov - Optická kontrola pevných klinov - Kontrola a prípadné premazanie vrchného a spodného kolimačného systému - Premazanie ložiska kolimátora - Kontrola a premazanie zdvíhacieho mechanizmu stola - Vyčistenie, kontrola a premazanie posuvov stola - Overenie funkčnosti koncových spínačov - Overenie funkčnosti ručných a bočných ovládačov - Kontrola ochrannej fólie vrchnej dosky stola - Vyčistenie, kontrola a premazanie rotačného mechanizmu stola -

Základné naladenie všetkých energií - Porovnanie parametrov riadiacej konzoly - Porovnanie parametrov výstupu počas rotácie gantry - Zálohovanie údajov na disketu - Vykonanie kompletného módu rannej kontroly - Porovnanie parametrov výstupu počas rotácie gantry - Zálohovanie údajov na disketu - Vykonanie kompletného módu rannej kontroly. Periodicita servisných úkonov tvorí prílohu č. 2 návrhu Zmluvy, ako súčasť súťažných podkladov.

II.1.3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 50421000-2

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1. Druh postupu

Druh postupu: Verejná súťaž

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom

NOÚ-PT-PZ-VS-11/2012

IV.2.3. Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 11467-MSS, číslo VVO 189/2012 z 29.09.2012

IV.2.4. Dátum odoslania pôvodného oznámenia

27.09.2012

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Oznámenie zahŕňa

Zrušenie postupu zadávanie zákazky

VI.2. Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky

Žiadna zmluva nebola uzavretá

Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:

§ 46 ods. 1 písm. b) - verejný obstarávateľ /obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku

VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia

29.10.2012